



25.01.2018 г. № 126
На № 01/544 от 13.12.2017

Генеральному директору
АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»
Лесникову В.В.

1. О компании узнали от предприятий, с которыми сотрудничаем, оборудование для лаборатории выбрали, исходя из рекомендаций специалистов, использующих это оборудование.

2. Аппарат для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Капля-20; аппарат для определения пенетрации нефтепродуктов ПН-10С; аппарат для определения предела прочности пластичных смазок СК-20; тиксометр для определения механической стабильности пластичных смазок ТМС-1М; устройство для перемешивания пластичных смазок УППС-10; аппарат для определения коллоидной стабильности пластичных смазок АКС-20.

3. Преимущества: простота использования, понятный интерфейс, высокая достоверность результатов.

Недостаток: малодоступность технического обслуживания.

4. Преимуществами перед другими производителями явились узконаправленность аппаратов и их технические характеристики.

5. Характеристики приобретенных аппаратов в полной мере оправдали наши ожидания.

6. Продукция компании АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» обладает высокой конкурентоспособностью и мы без сомнения порекомендовали бы ее нашим партнерам.

Исполняющий обязанности
начальника 202 химмотологического
центра горючего

С.Ю.Споткай