

Қазақстан Республикасы, 021500, Ақмола облысы, Степногорск қ., 2 өнеркәсіптік аймақ, № 1/1 ғимарат	Республика Казахстан, 021500, Ақмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона 2, здание № 1/1	Тел./tel: (71645) 72001 Факс/fax: (71645) 72021 http://www.epkgroup.ru e-mail: sekretar_spz@mail.ru
--	--	--

№ 14/17 - 786от "13" 02 2018 г.

Генеральному директору  
АО БСКБ «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА»  
Лесникову В.В.

## ОТЗЫВ о качестве приборов лабораторного контроля

АО «ЕПК Степногорск» эксплуатирует приборы, изготовленные в АО БСКБ «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА», с 2015 года.

В настоящее время в химической лаборатории ЦЗЛ для контроля нефтепродуктов применяются следующие приборы:

- *Аппарат автоматический для определения коллоидной стабильности пластичных смазок АКС-20;*
- *Аппарат для определения пенетрации пластичных смазок ПН-10С;*
- *Аппарат автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Капля-20-04.*

Приборы позволяют проводить испытания, отвечающие требованиям государственных и межгосударственных стандартов, надежны и удобны в эксплуатации. Дизайн приборов улучшает эстетическое восприятие и превращает повседневную работу в удовольствие.

За время эксплуатации приборов АКС-20, ПН-10С практически не возникало проблем с применением и аттестацией.

При эксплуатации аппарата **Капля-20-04** не удаётся достичь точности анализа температуры каплепадения, имелись трудности с аттестацией прибора.

Поставка приборов осуществлялась в оговоренные сроки.

Рекомендация: Указывать в Руководстве по эксплуатации аппарата Капля-20-04 конкретные марки смазок, рекомендуемых для калибровки. Проводить дистанционно консультативное сопровождение процесса наладки и внедрения приборов.

Директор по качеству



А.А. Сафонов

Исполнитель  
17-02  
Калифатиди Г.Г.

АО «ЕПК Степногорск» БИН 990640000283  
Р/С № KZ899262201103247004 АО «Казкоммерцбанк»,  
г. Кокшетау  
БИК KZKOKZKX ОКПО 39001808  
Генеральный директор – Томилов Анатолий Иванович

